



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

**2º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE
PREÇOS Nº 001/2023-PROCESSO Nº 002/2023**

O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica que ficam **RETIFICADOS** os LOTES 01, 02, 03 e 04, constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e do ANEXO VIII – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA do Edital do Pregão Presencial Registro de Preços nº 001/2023, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ:

LOTE 01				
Item	Quant	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	1200	<u>LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min;</u> com sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de <u>0 a 5 l/min</u> , com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit traqueostomia adulto ou infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes usuários do concentrador sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

		Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa		
TOTAL DO LOTE 01				
LOTE 02				
01	200	<u>LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min;</u> com sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de <u>0 a 10 l/min</u> , com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit para traqueostomia adulto e infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes usuários do concentrador sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa		
TOTAL LOTE 02				
LOTE 03				
01	120	<u>LOCAÇÃO CPAP AUTOMÁTICO:</u> Para tratamento de apnéia do sono; equipamento de pressão positiva de 4 a 20cm de H ² O, com regularização		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

		automática das pressões, com alívio inspiratório e expiratório, com cartão de memória, rampa de 0 a 45cm, bivolt, com umidificador próprio e respectiva câmara, máscara facial ou nasal em silicone e circuito próprio. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa		
TOTAL LOTE 03				
LOTE 04				
01	36	<u>Locação – Ventilador Mecânico BIPAP: Equipamento não Invasivos de dupla Pressão Bilevel para portadores de Doenças Neuromusculares.</u> Fornecer dois níveis de pressão positiva EPAP – Pressão Positiva Inspiratória nas vias aéreas ou suporte pressórico e EPAP Pressão Positiva Expiratória nas vias aéreas ou PEEP. O ventilador deve ciclar em respostas ao fluxo respiratório do paciente ou dentro dos intervalos de tempo entre os dois níveis de pressão pré-fixados. Reconhecer e compensar vazamentos, fixar a pressão: IPAP: 4 cm H2O a 30 cm H2O; EPAP: 4 cm H2C a 25 cm H2O, Tempo de Rampa:0 a 45 min. (incrementos de 4 min.), dimensões: 24x 17 x 12 cm, Peso: 1,8 Kg, Ajustes: via teclado ou cartão. Memória: 6 meses,7 dias detalhados, teste FOSQ, Dados de Memória: data/tempo, duração com pressão, evento dos pacientes, uso da rampa, Energia Elétrica: 110 – 240 VAC automático e 12 VDC, Características Adicionais; Controle integrado para umidificação aquecida, teclado iluminado, liga/desliga automático, alarme		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

		vazamento da máscara. Modalidades: Pressão Controlada (PC) Modalidades Mandatórias, BIPAP (S) Modalidade Espontânea e Mandatória. Pressão contínua em Via Aérea (CPAP) modalidade espontânea AVAPS – Volume médio assegurado através de oscilações de IPAP Max.e min. Acessórios: Traquéia 22x 22 x 1,80 mts, bolsa de transporte, filtros (macropartículas e micropartículas).		
TOTAL LOTE 04				

LEIA:SE

LOTE 01				
Item	Quant	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	1200	<u>LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min</u> ; com sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de <u>0,5 a 5 l/min</u> , com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit traqueostomia adulto ou infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio <u>3m a 10 m</u>)		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

		para pacientes usuários do concentrador sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa		
TOTAL DO LOTE 01				
LOTE 02				
01	200	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a 1l/min; com sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 650 watts . Dotado de fluxo variável de 0,5 a 10 l/min , com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit para traqueostomia adulto e infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m a 10m) para pacientes usuários do concentrador sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa		
TOTAL LOTE 02				
LOTE 03				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

01	120	<u>LOCAÇÃO CPAP AUTOMÁTICO:</u> Para tratamento de apnéia do sono; equipamento de pressão positiva de 4 a 20cm de H ² O, com regularização automática das pressões, com alívio inspiratório e expiratório, com cartão de memória, rampa de 0 a 45cm, bivolt, com umidificador próprio e respectiva câmara, máscara facial ou nasal em silicone e circuito próprio.		
TOTAL LOTE 03				
LOTE 04				
01	36	<u>Locação – Ventilador Mecânico BIPAP: Equipamento não Invasivos de dupla Pressão Bilevel para portadores de Doenças Neuromusculares.</u> Fornecer dois níveis de pressão positiva EPAP – Pressão Positiva Inspiratória nas vias aéreas ou suporte pressórico e EPAP Pressão Positiva Expiratória nas vias aéreas ou PEEP. O ventilador deve ciclar em respostas ao fluxo respiratório do paciente ou dentro dos intervalos de tempo entre os dois níveis de pressão pré-fixados. Reconhecer e compensar vazamentos, fixar a pressão <u>mínima de:</u> IPAP: 4 cm H ₂ O a 30 cm H ₂ O; EPAP: 4 cm H ₂ C a 25 cm H ₂ O, Tempo de Rampa: <u>0 a 60 min.</u> (incrementos de 4 min.), dimensões: 24x 17 x 12 cm, Peso: 1,8 Kg, Ajustes: via teclado ou cartão. Memória: 6 meses,7 dias detalhados, teste FOSQ, Dados de Memória: data/tempo, duração com pressão, evento dos pacientes, uso da rampa, Energia Elétrica: 110 – 240 VAC automático e 12 VDC, Características Adicionais; Controle integrado para umidificação aquecida, teclado iluminado, liga/desliga automático, alarme		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

		vazamento da máscara. Modalidades: Pressão Controlada (PC) Modalidades Mandatórias, BIPAP (S) Modalidade Espontânea e Mandatória. Pressão contínua em Via Aérea (CPAP) modalidade espontânea AVAPS – Volume médio assegurado através de oscilações de IPAP Max.e min. Acessórios: Traquéia 22x 22 x 1,80 mts, bolsa de transporte, filtros (macropartículas e micropartículas).		
TOTAL LOTE 04				

Mantêm-se inalterados os demais itens do Edital.

A abertura e entrega dos envelopes propostas ficará prorrogado a data para o dia 17.02.2023 às 09:00 horas no Setor de Licitações da Prefeitura do Município de Laranjal Paulista/SP.

As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações) e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Município, Jornal Folha de São Paulo.

Laranjal Paulista, 14 de Fevereiro de 2.023.

Alcides de Moura Campos Junior
Prefeito Municipal