



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

**TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023-PROCESSO Nº 002/2023**

O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica que ficam **RETIFICADOS** o **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e o ANEXO VIII-FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL)** do edital do Pregão Presencial Registro de Preços nº 001/2023, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ:

LOTE 01

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min; com sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de **0 a 5 l/min,** com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit traqueostomia adulto ou infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes usuários do concentrado sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa

LEIA-SE:

LOTE 01

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min; com sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de **0,5 a 5 l/min,** com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit traqueostomia adulto ou infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes usuários do concentrado sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

ONDE SE LÊ:

LOTE 02

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min; com sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de **0 a 10 l/min**, com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit para traqueostomia adulto e infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes usuários do concentrador sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa

LEIA:SE:

LOTE 02

LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: 92 +/- 4 % a 5l/min a 94 +/- 2% a l/min; com sistema de alarme por indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação. Alimentação elétrica 110V/60hz, consumo de energia menor/igual a 360 watts. Dotado de fluxo variável de **0,5 a 10 l/min**, com filtro para a remoção de poeira, bactérias e outras partículas. A contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos, acessórios, materiais de consumo, como cânulas, mascaras e umidificadores e kit para traqueostomia adulto e infantil; responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material necessário ao usuário, bem como realizar pronto atendimento para realização das atividades descritas acima. Fornecimento de Kit de Backup (cilindros de oxigênio 3m) para pacientes usuários do concentrador sem nenhum ônus ao paciente. A recarga dos cilindros de oxigênio será requisitada pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser entregue/ instaladas pela empresa no domicilio da pessoa.

Mantêm-se inalterados os demais itens do Edital.

As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações) e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Município e Jornal Folha de São Paulo.

Laranjal Paulista, 10 de Fevereiro de 2.023.

Alcides de Moura Campos Junior
Prefeito Municipal